

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на изделие медицинского назначения

**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные "Benovy"**

**Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые (вид 185830)**

**Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018г.**

## 1. Описание продукции

- 1.1. Размер: XS, S, M, L, XL;
- 1.2. Материал: синтетический латекс (нитрил);
- 1.3. Цвет: зеленый;
- 1.4. Обработка поверхности: однократная хлоринация;
- 1.5. Стерильность, метод стерилизации: нестерильные;
- 1.6. Дизайн и свойства: неанатомическая форма, текстурированные на пальцах, манжета с валиком, одноразовые;
- 1.7. Срок годности: 5 лет с даты изготовления;
- 1.8. Производитель: «ТГ Медикал Сдн. Бхд.», Малайзия;
- 1.9. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004.

## 2. Требования к характеристикам

(План образцов – ISO 2859)

| Характеристика | Уровень контроля | AQL |
|----------------|------------------|-----|
| Герметичность  | G1               | 1.5 |

## 3. Спецификации

| Размеры:                       |              |     |     |                |     |
|--------------------------------|--------------|-----|-----|----------------|-----|
| Размер                         | XS           | S   | M   | L              | XL  |
| Длина (мм)                     | 240          | 240 | 240 | 240            | 240 |
| Ширина ладони (мм)             | 80           | 85  | 95  | 105            | 110 |
| Толщина, мм:                   |              |     |     |                |     |
| Средний палец                  | 0,11 +/-0,02 |     |     |                |     |
| Ладонь                         | 0,08 +/-0,02 |     |     |                |     |
| Физические свойства:           |              |     |     |                |     |
|                                | До старения  |     |     | После старения |     |
| Прочность при растяжении (МПа) | Min 14       |     |     | Min 14         |     |
| Удлинение при разрыве (%)      | Min 500      |     |     | Min 400        |     |
| Усилие при разрыве (Н)         | Min 7,0      |     |     | Min 6,0        |     |