

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на изделие медицинского назначения

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные "Benovy"

Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые (вид 185830)

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018г.

1. Описание продукции

- 1.1. Размер: XS, S, M, L, XL;
- 1.2. Материал: синтетический латекс (нитрил);
- 1.3. Цвет: голубой;
- 1.4. Обработка поверхности: однократная хлоринация;
- 1.5. Стерильность, метод стерилизации: нестерильные;
- 1.6. Дизайн и свойства: неанатомическая форма, текстурированные, удлиненная манжета с валиком, одноразовые;
- 1.7. Срок годности: 5 лет с даты изготовления;
- 1.8. Производитель: «ТГ Медикал Сдн. Бхд.», Малайзия;
- 1.9. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004.

2. Требования к характеристикам

(План образцов – ISO 2859)

Характеристика	Уровень контроля	AQL
Герметичность	G1	1.5

3. Спецификации

Размеры:					
Размер	XS	S	M	L	XL
Длина (мм)	300	300	300	300	300
Ширина ладони (мм)	80	85	95	105	110
Толщина, мм:					
Средний палец	0,14 +/- 0,02				
Ладонь	0,11 +/- 0,02				
Физические свойства:					
	До старения			После старения	
Прочность при растяжении (МПа)	Min 14			Min 14	
Удлинение при разрыве (%)	Min 500			Min 400	
Усилие при разрыве (Н)	Min 7,0			Min 6,0	